



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “Vodovod i kanalizacija” Aleksinac

PIB 104937626 MBR 20274301

ul. Petra Zeca 35, 18220 Aleksinac, 018 / 804-816, 804-149, vodovod.aleksinac@gmail.com
PPV “Bresje”: 018 / 804-122, ppv.bresje@gmail.com, potrošački servis: 018 / 808-152

OTP Banka 325-9500800011214-66 UniCredit 170-30015957002-07 AIK Banka 105-215043-47
Credit Agricole 330-0000049000675-12 Banka poštanska štedionica 200-2440630101932-81

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

У вези објављене јавне набавке за набавку добара - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ПАРТИЈА 2 ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН.број 45-2352/2016 заинтересовано лице је, дана 31.10.2016. године, у писаном облику додатно појашњење у вези техничке спецификације по ЈН. БР.45-2352/2016

ПИТАЊЕ:

Pitanja:

1. Molimo vas da precizirate dimenzije obe kadice na ploči koje želite.
2. Da li radna ploča treba da bude sa uzdignutim ivicama?
3. Da li sudopera treba da bude kompletno izrađena od AISI 304 ili donje elemente želite od nekog manje kvalitetnog materijala?
4. Molimo vas da precizirate izgled podstolnog ormarića – da li želite sa krilnim ili klizećim vratima?
5. Da li treba u cenu da bude uključena i cena laboratorijske slavine?
6. Da li sudopera može da bude bez zadnje strane (ploče) koja se nalazi do zida?

ОДГОВОР:

1. Dimenzije kadice su 500x400x300mm;
2. Radna ploča treba da ima uzdignute ivice;
3. Donji elementi da budu od metalnog rama, jer ove trenutno sto imamo su od iverice i nismo zadovoljni njima;
4. Podstolni ormarić sa krilnim vratima;
5. Ne treba da bude uračunata laboratorijska slavina jer iste imamo ugrađene u zidu;
6. Što se tiče zadnje strane (ploče) do zida - može da ima a i ne mora;

КОМИСИЈА