



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Водовод и канализација" Алексинац

ПИБ 104937626

МБР 20274301

ул. Петра Зеца 35, 18220 Алексинац, 018/804-816, 804-149, vodovod.aleksinac@gmail.com www.vodovodal.rs
ППВ "Бресје": 018/804-122, ppv.bresje@gmail.com потрошачки сервис: 018/808-152

ОТП Банка 325-9500800011214-66 UniCredit 170-30015957002-07 АИК Банка 105-215043-47
Credit Agricole 330-0000049000675-12 Банка поштанска штедионица 200-2440630101932-81

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

У вези објављене јавне набавке за набавку добара - ЛАБОРАТОРИЈАСКА ПОМАГАЛА И ПРИБОР ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЈН.број 21-1193/2018 заинтересовано лице је, дана 29.05.2018. године, у писаном облику тражило додатне информације и појашњења конкурсне документације,

Poštovani,

Molim za pojašnjenje konkusne dokumentacije za JN 21-1193/2018

Partija 1:

-stavka 16-Molim Vas da precizirate koliko Vam komada treba, jer ste naveli jedinicu mere pakovanje, a pakovanja mogu imati razlicit broj komada kod razlicitih proizvođača.

-Stavka 23 I 24-Molim Vas da preciznije objasnite na kakve konkretno merice mislite? Da li ste mislili na case sa ručkom, menzure ili nešto drugo?

Partija 2:

-stavka 4-da li je prihvatljivo ponuditi stalak sa 72 mesta?

-stavke 5 I 6-da li je prihvatljivo ponuditi čaše plastične bele?

-stavka 7-da li je prihvatljivo ponuditi tikvicu plastičnu belu?

ОДГОВОР:

Партија 1 :

-Ставка 16- Омчаста веза 100 комада

-Ставка 23 и 24- пипета нагибна по Кирр-у од 5 и 10ml

Партија 2 :

-Ставка 4- Прихватљиво је понудити сталак са 72 места

-Ставка 5 и 6- Не одговарају нам беле чаше, потребне су нам провидне. Беле чаше дају лажну слику завршне тачке титрације па су непогодне за рад.

-Ставка 7- Прихватљиво је понудити тиквицу пластичну белу.

За Комисију

